

嘉兴市生态环境局文件

嘉环（经开）辐[2024]2号

关于嘉兴市中医医院医技住院综合楼工程核技术利用建设项目环境影响报告表的审查意见

嘉兴市中医医院：

你单位委托中辐环境科技有限公司编制的《嘉兴市中医医院医技住院综合楼工程核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》）收悉。经研究，现给予以下审查意见：

一、同意你单位核医学科购置1台PET/CT，使用核素 ^{18}F 进行显像诊断，购置1台SPECT/CT，使用核素 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 进行显像诊断，使用核素 ^{131}I 进行甲状腺吸碘率测定、甲亢治疗，使用核素 ^{89}Sr 、 ^{188}Re 和 ^{223}Ra 进行骨转移癌治疗，使用核素 ^{32}P 进行血液病治疗；放疗科建设2间直线加速器机房及配套用房（包括1间CT模拟定位机机房），购置2台15MV直线加速器和1台CT模拟定位机；介入科建设2间DSA机房和1间DSA复合手术机房，购置3台DSA和1台移动CT。

二、原则同意中辐环境科技有限公司编制的《环境影响报告表》的基本评价结论，其提出的污染防治措施和建议，可作为项目环境管理的依据。

三、你单位在项目实施过程中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的污染防治措施，并切实做好以下工作：

（一）加强项目设计、建设和施工管理，保证辐射场所建设质量，落实各项辐射污染防治和安全防护工程措施，并依法申领《辐射安全许可证》。

（二）健全辐射安全与环境保护管理机构，明确职责，完善辐射安全管理规章制度、操作规程、监测计划和辐射事故应急预案等。

（三）加强射线装置的安全管理，严格执行各项管理制度和操作规程。健全检查制度，定期检查射线装置及相关安全装置，做好安全防护措施，确保辐射安全。

（四）做好人员安全防护和管理，完善辐射工作人员培训、个人剂量和职业健康管理等工作。

（五）按时组织开展射线装置安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改。

（六）健全各种辐射相关文件、说明书、监督检查、送检维护、监测记录、使用台帐等档案资料，并长期保存。

上述审查意见请你公司认真落实，本项目应严格执行环保“三同时”制度，并按规定程序办理环境保护设施竣工验收，通过验收后方可正式投入运行。

嘉兴市生态环境局

2024年11月26日